

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Иркутской области» (ФБУ "Иркутский ЦСМ") RA.RU.311392

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-БП/10-01-2023/214162318

Действительно до 09.01.2024

Средство измерений

Толщиномеры ультразвуковые; NOVOTEST УТ-1; NOVOTEST УТ-1М; 75774-19

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

0273560620

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

P112-5-10/2 №1181791020

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП АПМ 64-18

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

51230-12 Комплекты мер эквивалентной ультразвуковой толщины МЭТ-300-Ст20, МЭТ-300-40X13,

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

МЭТ-300-д1б, МЭТ-300-Л62 058 2022 Эталон 3 разряда Приказ Росстандарта № 2842 от 29.12.2018

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях

влияющих факторов:

температура окружающей среды 22,5 °С

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес

записи сведений о

результатах поверки в

ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/214162318>

Номер записи сведений о

результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

214162318

Поверитель

Сауткин Р.В.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник отдела

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Павлова Т.Г.

фамилия, инициалы

Дата поверки

10.01.2023

