



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РСК)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФБУ «ИРКУТСКИЙ ЦСМ»

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, д.8  
телефон, факс: +7 (3952) 77-80-18 (отдел приемки СИ), 77-81-80 (главный метролог), 24-26-33 (приемная директора)  
e-mail: [ircsm@irkutsk.ru](mailto:ircsm@irkutsk.ru)  
<http://ircsm.ru/>

ОКПО 02570181, ОГРН 1033801007613  
ИНН/КПП 3808001762/380801001

Свидетельство о регистрации в РСК № 001451, действительно до 12.05.2026

# СЕРТИФИКАТ

## О КАЛИБРОВКЕ № 942-0214

Средство измерений Стандартный образец предприятия; № 1001

наименование, тип, заводской номер СИ

Дата поступления на калибровку 14 декабря 2021 г.

Наименование и адрес заказчика Общество с ограниченной ответственностью  
"БАЙКАЛСТАЛЬСТРОЙ", 666037, Иркутская обл, Шелехов г, Известковая ул, дом №  
2, 8 (395-50) 4-18-67

Место проведения калибровки г.Иркутск, ул. Сурнова,22, каб.205

Дата проведения калибровки 14 декабря 2021 г.

Методика калибровки Паспорт СОП

наименование, номер, кем утверждена

Результаты калибровки смотри на обороте

действительные значения метрологических характеристик

Условия проведения калибровки Атмосферное давление 730 мм рт. ст.;  
Относительная влажность 50 %; Температура окружающей среды 21 °С;

Доказательства прослеживаемости измерений 12437.90.3P.00165465 № 940904  
разряд 3P годен до 13.01.2022 г.,9316.83.2P.00250147 № 010 разряд 2P годен до  
08.03.2022 г.

сведения об используемых при калибровке эталонах, №№ и даты свидетельств о поверке (калибровке)

Приложения к Сертификату о калибровке -

протоколы, градуировочные таблицы, отчеты - указывается количество страниц

Начальник отдела   
(подпись)

Павлова Т.Г.  
фамилия, имя и отчество (если имеется)

Оттиск калибровочного клейма

Калибровщик   
(подпись)

Сауткин Р.В.  
фамилия, имя и отчество (если имеется)

\*Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения метрологической службы (калибровочной лаборатории).

При повторной калибровке  
предъявление сертификата  
**ОБЯЗАТЕЛЬНО**


## МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка образца	СОП-10-2,0 ×2,0	
Частота ЗИ, МГц	5,0	
Толщина в зоне аттестации, мм	10,02	
Скорость распространения продольных УЗК, м/с	5911	
Зарубка	ширина, мм	глубина, мм
	1,99	2,03

Дополнительная информация:

Рекомендуемый интервал между калибровками – три года.

Калибровщик

  
Сауткин Р.В.

14 декабря 2021 г.

По вопросам калибровки обращайтесь: г.Иркутск, ул. Сурнова, д.22  
тел.+7 (3952) 77-80-18 (отдел приемки СИ), 77-81-80 (главный метролог), 24-26-33 (приемная директора)  
E-mail: [ircsm@irmail.ru](mailto:ircsm@irmail.ru), [ircsm@irkutsk.ru](mailto:ircsm@irkutsk.ru), <http://ircsm.ru/>