



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РСК)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУ «ИРКУТСКИЙ ЦСМ»

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, д.8
телефон, факс: +7 (3952) 77-80-18 (отдел приемки СИ), 77-81-80 (главный метролог), 24-26-33 (приемная директора)
e-mail: ircsm@irkutsk.ru
<http://ircsm.ru/>

ОКПО 02570181, ОГРН 1033801007613
ИНН/КПП 3808001762/380801001

Свидетельство о регистрации в РСК № 001451, действительно до 12.05.2026

СЕРТИФИКАТ

О КАЛИБРОВКЕ № 942-0215

Средство измерений Стандартный образец предприятия; № 1002

наименование, тип, заводской номер СИ

Дата поступления на калибровку 14 декабря 2021 г.

Наименование и адрес заказчика Общество с ограниченной ответственностью
"БАЙКАЛСТАЛЬСТРОЙ", 666037, Иркутская обл, Шелехов г, Известковая ул, дом №
2, 8 (395-50) 4-18-67

Место проведения калибровки г.Иркутск, ул. Сурнова, 22, каб.205

Дата проведения калибровки 14 декабря 2021 г.

Методика калибровки Паспорт СОП

наименование, номер, кем утверждена

Результаты калибровки смотри на обороте

действительные значения метрологических характеристик

Условия проведения калибровки Атмосферное давление 730 мм рт. ст.;
Относительная влажность 50 %; Температура окружающей среды 21 °С;

Доказательства прослеживаемости измерений 12437.90.3Р.00165465 № 940904
разряд 3Р годен до 13.01.2022 г., 9316.83.2Р.00250147 № 010 разряд 2Р годен до
08.03.2022 г.

сведения об используемых при калибровке эталонах, №№ и даты свидетельств о поверке (калибровке)

Приложения к Сертификату о калибровке -

протоколы, градуировочные таблицы, отчеты - указывается количество страниц

Начальник отдела

(подпись)

Павлова Т.Г.

фамилия, имя и отчество (если имеется)

Оттиск калибровочного клейма

Калибровщик

(подпись)



Сауткин Р.В.

фамилия, имя и отчество (если имеется)

*Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения метрологической службы (калибровочной лаборатории).

При повторной калибровке
предъявление сертификата

ОБЯЗАТЕЛЬНО

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка образца	СОП-14-2,0 ×2,0	
Частота ЗИ, МГц	5,0	
Толщина в зоне аттестации, мм	14,00	
Скорость распространения продольных УЗК, м/с	5920	
Зарубка	ширина, мм	глубина, мм
	2,05	2,03

Дополнительная информация:

Рекомендуемый интервал между калибровками – три года.

Калибровщик  Сауткин Р.В.

14 декабря 2021 г.

По вопросам калибровки обращайтесь: г.Иркутск, ул. Сурнова, д.22
тел.+7 (3952) 77-80-18 (отдел приемки СИ), 77-81-80 (главный метролог), 24-26-33 (приемная директора)
E-mail: ircsm@irmail.ru, ircsm@irkutsk.ru, <http://ircsm.ru/>