

8/5302



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РСК)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУ «ИРКУТСКИЙ ЦСМ»

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, д.8
телефон, факс: +7 (3952) 77-80-18 (отдел приемки СИ), 77-81-80 (главный метролог), 24-26-33 (приемная директора)
e-mail: iresm@irkutsk.ru
http://iresm.ru/

ОКПО 02570181, ОГРН 1033801007613
ИНН/КПП 3808001762/380801001

Свидетельство о регистрации в РСК № 001451, действительно до 12.05.2026

СЕРТИФИКАТ

О КАЛИБРОВКЕ № 844-000079

Средство измерений Шаблон сварщика универсальный, УШС-3; № 87168

наименование, тип, заводской номер СИ

Дата поступления на калибровку 12 января 2023 г.

Наименование и адрес заказчика Общество с ограниченной ответственностью
"БАЙКАЛСТАЛЬСТРОЙ", 666037, Иркутская обл, Шелехов г, Известковая ул, дом № 2,
8 (395-50) 4-18-67

Место проведения калибровки г. Иркутск, ул. Сурнова, 22

Дата проведения калибровки 12 января 2023 г.

Методика калибровки МК 26-17 "Методика калибровки шаблонов сварных
соединений."

наименование, номер, кем утверждена

Результаты калибровки Отклонение по шкале Г -0,2 мм; Д 1°; отклонение ширины
пазов Ж 0,1 мм.

действительные значения метрологических характеристик

Условия проведения калибровки Температура окружающей среды 20,2 °С;
Относительная влажность 50 %; Атмосферное давление 737 мм рт. ст.;

Доказательства прослеживаемости измерений 17726.98.4Р.00165469 № 6123 разряд
4Р годен до 11.01.2024, 12437.90.3Р.00165465 № 940904 разряд 3Р годен до 13.01.2023,
485.64.3Р.00205128 № Г32 разряд 3Р годен до 25.01.2023

сведения об используемых при калибровке эталонах, №№ и даты свидетельств о поверке (калибровке)

Приложения к Сертификату о калибровке -

протоколы, градуировочные таблицы, отчеты - указывается количество страниц

Начальник отдела

(подпись)

Павлова Т.Г.

фамилия, имя и отчество (если имеется)

Оттиск калибровочного клейма

Калибровщик

(подпись)



Коркина Т.А.

фамилия, имя и отчество (если имеется)

*Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения метрологической службы (калибровочной лаборатории).